

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy Przetargu nieograniczonego:**

„Na dostawy sterylnych wyrobów medycznych w tym zestawów do zabiegów operacyjnych, serwet, fartuchów oraz rękawic”.

znak sprawy: WSzSL/DZ-47/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie 1**

**Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pacjenta w rozmiarze 75 cm x 100 cm, z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjenta oraz torbą do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem i podziałką ilościową?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 2**

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40,2 g/m<sup>2</sup>? Odporność na penetrację płynów 93 cm H<sub>2</sub>O, chłonność 200%, odporność na rozerwanie 70 kPa.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 3**

**Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 4**

**Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR składającego się z:

1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepą, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, z bezłateksową osłoną na palec

1 przewód drenażowy 0,8 cm, długość 200cm

1 fartuch endoskopowy XL

1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm -owinięcie zestawu

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 5**

**Pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo ze wzmocnieniem 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm, w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie 6**

##### **Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie 7**

##### **Pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kraniotomii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm

1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 50 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 8****Pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści zestaw izolacyjny w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia

Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczalne zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 9****Pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kamerę o wymiarach 16 x 250 cm, wykonaną z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 10****Pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczalne zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 11****Pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 32 x 120 cm z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm, wykonaną z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 12****Pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm, wykonaną z folii polietylenowej, wzmocnienie z włókniny polipropylenowej, warstwa chłonna 80 x 65 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 65 g/m<sup>2</sup>?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 13****Pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm, wykonaną z folii polietylenowej, warstwa chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej 75 x 90 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m<sup>2</sup>?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczalne zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 14****Pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 38 x 40 cm z folii o grubości 80 mikronów?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 15****Pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 175 x 180 cm z taśmą samoprzylepną pokrytą klejem repositionowalnym? Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Serweta wzmocniona polipropylenową łata chłonną o wymiarach 20 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 16****Pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, posiadający nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej (42 g/m<sup>2</sup>) i na rękawach (40,5 g/m<sup>2</sup>) wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)? Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Poziom pylenia 2,4 log 10. Fartuch dostępny w rozmiarach L, XL, XLL, XXL.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 17****Pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona, składana w sposób ułatwiający aseptyczną aplikację

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 18****Pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, gramatura 76 g/m<sup>2</sup>, chłonność  $\geq 100$

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, rozmiar wzmocnienia 75 x 90, gramatura wzmocnienia 83 g/m<sup>2</sup>, chłonność  $\geq 100$ , składana w sposób ułatwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem U wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi 15 cm + 70 cm + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>. Chłonność minimum 125 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 250 kPa.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 19****Pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, z prostymi rękawami? Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na przenikanie cieczy 41 cm H<sub>2</sub>O.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 20****Pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, bezpydrowe z prostym mankietem, powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną i chlorowaną, wewnętrzną chlorowaną? Grubość na palcu 0,220 mm, na dłoni 0,205 mm, na mankiecie 0,240 mm, długość 285 mm. Poziom protein<sup>e</sup> 30 µg/g, AQL 1,0. Wyrób medyczny klasa II a.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pytanie 21****Pozycja 31**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z prostym mankietem z opaską samoprzylepną, grubość na palcu 0,185 mm, na dłoni 0,175 mm, na mankiecie 0,160 mm? Wyrób medyczny klasa II a, środek ochrony osobistej kategorii III.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pytanie 22****Pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)

o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna

o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność

na przenikanie cieczy powyżej 125 cm H<sub>2</sub>O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Bez kolorystycznego wskaźnika sterylizacji na opakowaniu zbiorczym.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pytanie 23****Pozycja 33**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm otoczonym folią operacyjną, z dwoma 2-komorowymi torbami na narzędzia,

z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)

o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 125 cm H<sub>2</sub>O, chłonność 340%. Bez kolorystycznego wskaźnika sterylizacji na opakowaniu zbiorczym.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pytanie 24****Pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, owinięcie zestawu

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)

o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm.

Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 125 cm H<sub>2</sub>O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Bez kolorystycznego wskaźnika sterylizacji na opakowaniu zbiorczym.

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

#### **Pytanie 25**

##### **Pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, owinięcie zestawu

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na

kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)

o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 125 cm H<sub>2</sub>O.

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

#### **Pytanie 26**

##### **Pozycja 36**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)

o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm.

Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 125 cm H<sub>2</sub>O, chłonność w strefie krytycznej 370%. Bez kolorystycznego wskaźnika sterylizacji na opakowaniu zbiorczym.

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

#### **Pytanie 27**

##### **Pozycja 38**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pediatryczny w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 125 cm H<sub>2</sub>O, chłonność 340%.

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

#### **Pytanie 28**

##### **Pozycja 39**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta 225 cm x 240 cm z wycięciem „U” 20 cm x 20 cm wzmocniona

1 serweta 150 cm x 260 cm z wycięciem „U” 20 cm x 60 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. W serwecie z wycięciem U 20 x 20 cm (dolnej) poniżej wycięcia polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>. Pylenie 3,00 log<sub>10</sub>, odporność na penetrację wody powyżej 125 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 250/270 kPa. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

#### Pytanie 29

Pozycja 40-41

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy 20- nitkowej, w rozmiarze po praniu wstępnym 40 x 40 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

#### Pytanie 30

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W RTG	15	SZ
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD L	1	OP
TUPFER A 17N 20X20CM	6	OP
KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM NIEBIESKIE	1	SZ
SKALPEL CHIRURGICZNY NR11	1	SZ
IGŁA INIEKCYJNA 19G X 1 1/2 (1,1X40MM)	1	SZ
POJEMNIK TEKSTUR TYP NERKA 500ML 25X15X4CM	1	SZ
POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM SKALA TRANSP	1	SZ
KLESZCZYKI MET. PEAN 20CM PROSTE	1	SZ
SERWETA FB (gramatura 42g/m <sup>2</sup> ) 150X75CM	1	SZ
KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 15CM	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m <sup>2</sup> , chłonność 570%, dwuwarstwowa) 2X90X75CM REG OTW PRZYL	1	SZ
STRZYKAWKA PLAST 3CZ 20ML LN TTRAN G	1	SZ

Opakowanie:

Torebka papierowo-foliowa

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

#### Pytanie 31

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do znieczulenia przewodowego o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM)	1	SZ
IGŁA INIEKCYJNA 25G X 1 (0,5X25MM)	1	SZ
KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM	10	SZ
PĘSETA PLAST ANATOMICZNA 13CM ZIELONA	1	SZ
OPATRUNEK WYSP FIXOPORE EKO 5X7,2CM BEZ	1	SZ
OPAKOWANIA		
SERWETA FB(gramatura 42g/m2) 75X45CM	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa)	1	SZ
60X50CM O10 PRZYL 2 PRZYL NA ROGACH		
STRZYKAWKA PLAST 3CZ 3ML LC TTRAN G	1	SZ
STRZYKAWKA PLAST 3CZ 5ML LL TTRAN G	1	SZ

Opakowanie:

TWARDY BLISTER

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie 32

Pozycja 6


Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na wypychanie na mokro i na sucho 150kpa? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie 33

Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszkliskowych o składzie:



Opis składnika	Ilość	Jednostka
TUPFER A 17N 20X20CM	3	OP
KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 10X10CM	5	SZ
BARRAQUER SAT. DLA DOROSŁYCH	1	SZ
PLAST. PRZYRZĄD DO ODMIERZANIA MIEJSCA INIEKCJI 3,5-4,0MM	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa)	1	SZ
150X90CM		
SERWETA L2 (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa)	1	SZ
90X75CM OO8X6 PRZYL		
PATYCZEK PRO OPHTA 5X66MM	2	SZ

Opakowanie:



### **Torebka papierowo-foliowa**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### **Pytanie 34**

##### **Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do operacji zaćmy do ECC o składzie:

<b>Opis składnika</b>	<b>Ilość</b>	<b>Jednostka</b>
KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W	5	SZ
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD L	1	OP
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD XL	2	OP
POJEMNIK TEKSTUR TYP NERKA 500ML 25X15X4CM	1	SZ
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2	SZ
KLESZCZYKI MET. ROCHESTER PEAN 14CM PROSTE	1	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
OSŁONA PLASTIKOWA NA OKO Z DZIURKAMI, PRZEZROCYSTA	1	SZ
OPATRUNEK OCZNY 17N 2W 5X6CM	1	SZ
POKROWIEC NA PODŁOKIETNIK TMS 60X40CM Z GUMKĄ	2	SZ
POJEMNIK PLAST OKRĄG TYP KIELISZEK DO PODAWANIA LEKU 30ML WYS 4CM ŚR DENKA 2,7CM SKALA TRANSP	2	SZ
PUDEŁKO DO LICZENIA IGIEŁ, MAGNES, GĄBKĄ, 20 IGIEŁ, MOŻLIWOŚĆ USUWANIA OSTRZY, CZERWONE	1	SZ
SERWETA (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) L2 200X150CM O8 FOLIA CHIR 2 KIESZ	1	SZ
SZPATUŁKI DO OPERACJI OKA TRÓJKĄTNE 10X17X9MM A5	1	OP

##### **Opakowanie:**

Torebka papierowo-foliowa

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### **Pytanie 35**

##### **Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

<b>Opis składnika</b>	<b>Ilość</b>	<b>Jednostka</b>
PODKŁAD SENI SOFT BASIC 90X60CM	1	OP
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
SERWETA TF (gramatura 43g/m2) 300X180CM O35X32 WOR FOLIA CHIR	1	SZ

##### **Opakowanie:**

Torebka papierowo-foliowa

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

Oh

- 9 -

**Pytanie 36****Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów urologicznych TUR o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT XL	1	OP
SERWETA (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) L2 215X180CM O5O4 ELEMENT EL OCHR/PALEC WOR ZINTEGR1 NOG	1	SZ
TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM	4	SZ
SERWETA (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) L2 150X150CM	1	SZ
CAMERA COVER 13X244CM SKŁADANA TELESKOPOWO Z KARTONIKIEM PREMIERGUARD	2	SZ

**Opakowanie:**

Torebka papierowo-foliowa

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

**Pytanie 37****Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii z torbą o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2	SZ
TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM	2	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
POKROWIEC NA KOŃCZYŃĘ (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) L2 75X37CM	1	SZ
SERWETA (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) L2 320X240CM O6 ELEMENT EL WOR	1	SZ

**Opakowanie:**

Torebka papierowo-foliowa

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

**Pytanie 38****Pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kraniotomii o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
SERWETA L3 (trzywarstwowa, gramatura 73g/m2) 60X50CM PRZYŁ 60	4	SZ
KIESZEŃ PE 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYŁ	1	SZ
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2	SZ
TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM	2	SZ
KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYŁ	1	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
SERWETA L3 (trzywarstwowa, gramatura 73g/m2) 320X240CM	1	SZ

O25X20 FOLIA CHIR WOREK TUR

**Opakowanie:**

XXXX

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

**Pytanie 39**

**Pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści zestaw izolacyjny o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
SERWETA WERTYKALNA 330X240CM FOLIA CHIR 25X86CM WOR KIESZ OTWÓR	1	SZ

**Opakowanie:**

Torebka papierowo-foliowa

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

**Pytanie 40**

**Pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 15cm x 250cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

**Pytanie 41**

**Pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o rozmiarze 37cm x 120cm wykonaną włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56g/m2?

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

**Pytanie 42**

**Pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 117cm x 267cm?

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

**Pytanie 43**

**Pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 73g/m2 wykonaną z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej oraz włókniny polipropylenowej, 3 warstwową o rozmiarze 90cm x 75cm z przylepcem na boku serwety?

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

**Pytanie 44**

**Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki z wykonaną z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56g/m2 w kształcie kieszeni na płyny o rozmiarze 113cmx 90cm?

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

**Pytanie 45****Pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny ze wstawkami – do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 40 g/m<sup>2</sup>, rękawy 40g/m<sup>2</sup> (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość), fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte) z tyłu zapięcie na rzep. indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, opakowanie folia-papier z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk, zgody z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie, fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia dla powierzchni krytycznych 1,2 Log 10 dla powierzchni mniej krytycznych 1,6 Log 10 (liczby cząstek), rozmiary : S,M,L,XL,XXL?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pytanie 46****Pozycja 24**

Czy Zamawiający może doprecyzować jakie rozmiary fartuchów zamawia?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga fartuchów w rozmiarze M, L, XL, XXL**

**Pytanie 47****Pozycja 25**

Czy Zamawiający ma na myśli osłonę typu beret o średnicy 36cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pytanie 48****Pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych 3 o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m <sup>2</sup> , chłonność 570%, dwuwarstwowa) 90X75CM PRZYL 90	2	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m <sup>2</sup> , chłonność 570%, dwuwarstwowa) 240X150CM PRZYL 60	1	SZ
SERWETKA WŁÓKNINOWA 30X30CM	2	SZ
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM Z CZERWONĄ, PIASKOWANĄ FOLIĄ PE	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m <sup>2</sup> , chłonność 570%, dwuwarstwowa) 180X150CM PRZYL 60	1	SZ

**Opakowanie:**

**Torebka papierowo-foliowa**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

**Pytanie 49****Pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żyłaków o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD L	1	OP
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD XL	2	OP
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM	1	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) 240X180CM PRZYL 60	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) 240X180CM WYC U (63X7) PRZYL	1	SZ
SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM	2	SZ

**Opakowanie:**

**Torebka papierowo-foliowa**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 50**

**Pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
SERWETA L3 (trzywarstwowa, gramatura 73g/m2) 240X150CM PRZYL	1	SZ
SERWETA L3 (trzywarstwowa, gramatura 73g/m2) 180X170CM PRZYL	1	SZ
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	4	SZ
TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM	1	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
SERWETA L3 (trzywarstwowa, gramatura 73g/m2) 90X75CM PRZYL 90	2	SZ

**Opakowanie:**

**MIĘKKI BLISTER**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 51****Pozycja 33**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT L	1	OP
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT XL	2	OP
OPATRUNEK WYSP FIXOPORE S 10X8CM	4	SZ
OSTRZE DO SKALPELA NR 15 MORTON	1	SZ
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 12W RTG	20	SZ
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	4	SZ
CAMERA COVER 15X250CM	1	SZ
KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYL	1	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
POJEMNIK TWARDY BLISTER 10X20X4CM	1	SZ
SERWETA L3 (trzywarstwowa, gramatura 73g/m2) 300X180CM OT28X20X19 PRZYL	1	SZ
RZEP 20X250MM BIAŁY	1	SZ

**Opakowanie:**

XXXX

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 52****Pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii kończyny dolnej o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W	20	SZ
KLESZCZYKI PLAST OKIENKOWE 24CM NIEBIESKIE	1	SZ
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYL	1	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) 180X150CM	2	SZ
POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 75X37CM	1	SZ
TAŚMA MEDYCZNA TMS 50X10CM PRZYL	2	SZ
SZPATUŁKA PLASTIKOWA 155MM BEZBARWNA	1	SZ
POJEMNIK PLAST OKRĄG 500ML WYS 6CM ŚR DENKA 9,5CM	1	SZ
SKAŁA MANKIET NIEBIESKI	1	SZ
POJEMNIK PLAST PROSTOKĄT 500ML 13,5X12X5CM SKAŁA MANKIET NIEBIESKI	1	SZ
SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM	2	SZ
STRZYKAWKA PLAST 3CZ 100ML LC TYP ŻANETA ZE STOŻKIEM DO CEWNIKA I ŁĄCZNIKIEM LUER	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) 360X240CM OO7X10 WARSTWA CHŁ	1	SZ

**Opakowanie:**

### **Torebka papierowo-foliowa**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### **Pytanie 53**

##### **Pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw chirurgiczny ginekologiczny o składzie:

<b>Opis składnika</b>	<b>Ilość</b>	<b>Jednostka</b>
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT L	1	OP
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT XL	1	OP
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 12W RTG	20	SZ
CAMERA COVER 15X250CM	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) 90X75CM	1	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
POJEMNIK TWARDY BLISTER 10X20X4CM	1	SZ
SERWETA L2 (gramatura 56g/m2, chłonność 570%, dwuwarstwowa) 275X200CM O10X15 PRZYL ZINTEGR NOG WOR TUR	1	SZ

##### **Opakowanie:**

**Torebka papierowo-foliowa**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### **Pytanie 54**

##### **Pozycja 36**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw chirurgii stopy/dłoni o składzie:

<b>Opis składnika</b>	<b>Ilość</b>	<b>Jednostka</b>
POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	4	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
SERWETA L3 (trzywarstwowa, gramatura 73g/m2) 300X240CM O4 ELEMENT EL	1	SZ

##### **Opakowanie:**

**MIĘKKI BLISTER**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### **Pytanie 55**

##### **Pozycja 37**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki z wykonaną z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56g/m2 w kształcie kieszeni na płyny o rozmiarze 113cmx90cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

OK

**Pytanie 56****Pozycja 40,41,42,43**

Prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakiej normy (PN lub EN) lub też innych przepisów, Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były "wstępnie prane", oraz co Zamawiający rozumie pod pojęciem wstępnego prania - jakie środki chemiczne oraz warunki fizyczne procesu mają być zastosowane i jakie przepisy prawa to precyzują?

Zwracamy się z tym pytaniem, ponieważ jako największy krajowy producent materiałów opatrunkowych, w tym serwet operacyjnych, nie widzimy żadnego uzasadnienia praktycznego i technologicznego stosowania metody "wstępnego prania". Oferujemy wyroby najwyższej jakości produkowane w bardzo dobrych warunkach technologicznych, oznakowane znakiem CE i spełniające wszystkie reżimy określone w Farmakopei VI. Pranie wyrobu wykonanego z czystego technologicznie surowca jest bezzasadne chyba, że któraś firma stosuje zanieczyszczony surowiec wymagający prania. Jeżeli Zamawiający nie widzi potrzeby stosowania wyrobów, które muszą być prane przed użyciem i dopuszcza od razu czyste wyroby oznakowane znakiem CE i spełniające wszystkie reżimy określone w Farmakopei VI, prosimy o rezygnację z wymogu "wstępnego prania".

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza również serwety operacyjne bez prania wstępnego przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pytanie 57****Pytanie dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy po wyrażeniu „w ciągu 24 godzin” zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli krótki 24-godzinny termin dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 58**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 59**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „0,5% wartości złożonego zamówienia brutto” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości niedostarczonego towaru”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby tylko część zamówienia nie została terminowo zrealizowana, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 60**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 6 ust. 1 lit. c) wzoru umowy?

Kara umowna za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 1,5% wartości tego towaru za każdą godzinę opóźnienia (czyli 36% za każdą dobę opóźnienia!) jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**



### Pytanie 61

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

### Pytanie 62

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

**W odpowiedzi na pytanie: [apteka@szpital.legnica.pl](mailto:apteka@szpital.legnica.pl)**

### Pytanie 63

§2 ust. 2

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego opatrzenia zamówienia znakiem „PILNE” na

W przypadku opatrzenia zamówienia znakiem PILNE – Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Konieczność dostarczenia przez Wykonawcę towaru w ciągu 24 godzin może w wielu przypadkach okazać się niezwykle trudna, jeśli nie niemożliwa do zrealizowania np. w sytuacji, gdy Zamawiający złoży zamówienie w formie faksu po godzinach pracy Wykonawcy w ostatnim dniu tygodnia roboczego. Poza tym stosowanie tak krótkiego terminu dostawy, wydaje się być nieuzasadnione biorąc pod uwagę, że przedmiotem umowy nie są leki, ani inne produkty, których dostawy nie da się zaplanować z góry.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 64

§6 ust. 1 pkt a)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w 6w sposób następujący:

Zamawiającemu przysługują kary umowne:

W wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru za dzień opóźnienia po za termin pełnej realizacji dostawy w stosunku do terminu, o którym nowa w §2 ust. 1 i /lub §4 ust 2 i / lub §4 ust. 4.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

### Pytanie 65

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów zgodnych normami:

EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 11135-1, EN 868, EN 980, EN ISO 11737, EN 13795 -1-3, EN ISO 22610, MDD 93/42/EEC.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

### Pytanie 66

Dotyczy pozycji 12

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Zestawu do operacji stawu biodrowego:

- serweta na instrumentarium 150 x 190 - 1 szt
- serweta pomocnicza 75 x 90 - 1 szt
- serweta pomocnicza 150 x 200 - 1 szt
- wzmocniona osłona Mayo 80 x 145 - 1 szt
- ręcznik 30 x 40 - 4 szt
- op taśma 10 x 50 - 2 szt
- osłona na kończyne - sockineta 30 x 120 - 1 szt
- serweta samoprzylepna 180 x 240 z dwoma organizatorami przewodów w formie rzepów , z dodatkowym padem chłonnym - 1 szt
- serweta U – kształtna ( wycięcie 10 x 100 ) , samoprzylepna z dodatkowym padem chłonnym - 1 szt

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

-17-

**Pytanie 67**

Zestaw wykonany z niepyłącego , chłonnego laminatu o gramaturze w części podstawowej 62g/m<sup>2</sup> , dodatkowe pady chłonne o gramaturze min 62g/m<sup>2</sup>.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 68**

Dotyczy pozycji 18

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnej osłony na stolik Mayo 80cm x 145cm.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 69**

Dotyczy pozycji 19

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Kieszeni dwukomorowej 30cm x 40cm.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 70**

Dotyczy pozycji 21

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Serwety z taśmą samoprzylepną wykonanej z 2 warstwowej włókniny o gramaturze min. 62 g/m<sup>2</sup>, rozmiar 75cm x 90cm.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 71**

Dotyczy pozycji 24

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35 m/g<sup>2</sup>, wzmocnienie 40 g/m<sup>2</sup>, rozmiary M, L, XL, XXL.

Powyższy fartuch był testowany w oddziałach Państwa jednostki i uzyskał pozytywne opinie użytkowników.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 72**

Dotyczy pozycji 26

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Zestawy serwet uniwersalnych:

- serweta na instrumentarium 150 x 190 - 1 szt
- wzmocniona osłona Mayo 80 x 145 - 1 szt
- ręcznik 30 x 40 - 4 szt
- op taśma 10 x 50 - 1 szt
- serweta przylepna 180 x 180 - 1 szt
- serweta przylepna 150 x 240 - 1 szt
- serweta przylepna 75 x 100 - 2 szt

Zestaw wykonany z niepyłącego , chłonnego laminatu o gramaturze w części podstawowej 62g/m<sup>2</sup>.

Powyższy zestaw był testowany w oddziałach Państwa jednostki i uzyskał pozytywne opinie użytkowników.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 73**

Dotyczy pozycji 29

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha chirurgicznego standard wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, rękaw wszyty metodą tradycyjną.

Powyższy fartuch był testowany w oddziałach Państwa jednostki i uzyskał pozytywne opinie użytkowników.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 74**

Dotyczy pozycji 34

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Jałowego zestawu do chirurgii kończyny:

- serweta na instrumentarium 150 x 190 - 1 szt
- wzmocniona osłona Mayo 80 x 145 - 1 szt
- ręcznik 30 x 40 - 4 szt
- op taśma 10 x 50 - 2 szt
- osłona na kończynę - sockineta 30 x 90 - 1 szt
- serweta 238 x 320 z samouszczelniającym otworem z neopronu sr 7 cm , wokół otworu dodatkowy pad chłonny w rozmiarze 50 x 50 , dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów - 1 szt

Zestaw wykonany z niepyłącego , chłonnego laminatu o gramaturze w części podstawowej 62g/m<sup>2</sup> , dodatkowy pad chłonny o gramaturze min 62g/m<sup>2</sup>.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż**

przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

#### Pytanie 75

Dotyczy pozycji 35

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Jałowego zestawu chirurgicznego ginekologicznego:

- serweta na instrumentarium 150 x 190 - 1 szt
- wzmocniona osłona Mayo 80 x 145 - 1 szt
- serweta pomocnicza 100 x 100 ( pod pośladki ) - 1 szt
- ręcznik 30 x 40 - 2 szt
- uchwyt typu Velcro - 1 szt
- serweta 180 /255 x 200 ze zintegrowanymi osłonami na kończyny oraz zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w zawór odprowadzający

Zestaw wykonany z niepylącego , chłonnego laminatu o gramaturze w części podstawowej 62g/m<sup>2</sup>.

Powyższy zestaw był testowany w oddziałach Państwa jednostki i uzyskał pozytywne opinie użytkowników.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### Pytanie 76

##### Pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### Pytanie 77

##### Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 50 x 70cm, chłonność 350%, odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozzerwanie na sucho 108 kPa, na mokro 95 kPa?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### Pytanie 78

##### Pakiet nr 1, pozycja 11


Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych częściach składowych i właściwościach:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczyzom 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówkę odpływową.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm + osobno pakowany fartuch endoskopowy sterylny w rozmiarze XXL?



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### Pytanie 79

##### Pakiet nr 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych częściach składowych i właściwościach:

Serwety wykonane z dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa typu spunbond o gramaturze 30g/m<sup>2</sup> + folia PE o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>)

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

- 18 -

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm  
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180  
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm  
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm  
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm  
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm  
1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm  
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie 80**

##### **Pakiet nr 1, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 120cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m<sup>2</sup> (włóknina polipropylenowa 28g/m<sup>2</sup> + folia polietylenowa 28g/m<sup>2</sup>, 25µm)?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie 81**

##### **Pakiet nr 1, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140cm, warstwa chłonna 140cm x 60cm, folia PE o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie w strefie krytycznej- włóknina(50% wiskoza + 50% poliester) 30g/m<sup>2</sup>?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie 82**

##### **Pakiet nr 1, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową w rozmiarze 40cm x 30cm (lewa kieszeń: 15 x 30cm, prawa kieszeń 25 x 30cm) wykonaną z folii PE o gramaturze 65g/m<sup>2</sup>?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Pytanie 83**

##### **Pakiet nr 1, pozycja 21-22**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z trójwarstwowego laminatu o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> – włóknina polipropylenowa 28g/m<sup>2</sup> + folia PE 25g/m<sup>2</sup> + polipropylen 22 g/m<sup>2</sup>?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### **Pytanie 84**

##### **Pakiet nr 1, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### **Pytanie 85**

##### **Pakiet nr 1, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wyposażony w nieprzemakalne wstawki o gramaturze 38g/m<sup>2</sup> z przodu i na rękawach, przy dekolcie kolorowe lamówki adekwatne do rozmiaru fartucha, troki wszyte w okolicy pasa, pylenie 2,6 log 10, rozmiary M, L, XL, XXL?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 86**

**Pakiet nr 1, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści informacje na produkcie w postaci 4 naklejek typu TAG zamiast 2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 87**

**Pakiet nr 1, pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnej różnicy w składzie:

- 1 serweta samoprzylepna w rozmiarze 150cm x 230cm - zamiast serwety 150 x 240cm ,
- 1 serweta samoprzylepna w rozmiarze 150cm x 180cm - zamiast serwety 180cm x 180cm,

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 88**

**Pakiet nr 1, pozycja 27, 29, 32-36,**

Czy Zamawiający dopuści 4 etykiety samoprzylepne typu TAG na opakowaniu zamiast 2?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 89**

**Pakiet nr 1, pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez podwójnego owinięcia zestawu serwetą celulozowo-foliową ale tylko z owinięciem zestawu serwetą na stolik instrumentariuszki?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 90**

**Pakiet nr 1, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 91**

**Pakiet nr 1, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 92**

**Pakiet nr 1, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o kroju prostym, szwy wykonane techniką ultradźwiękową-trzyścieżkowy szew, oznaczenie rozmiaru – dodatkowa lamówka przy dekolcie (kodowanie kolorystyczne dla poszczególnych rozmiarów), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki w rozmiarze 30cm x 30cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 93**

**Pakiet nr 1, pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny bez kieszeni samoprzylepnej?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 94****Pakiet nr 1, pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z kieszenią dwukomorową 30cm x 40cm dołączoną osobno do zestawu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 95****Pakiet nr 1, pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m<sup>2</sup>. Chłonność w strefie krytycznej 600%, odporność na przenikanie cieczy 130 cm H<sub>2</sub>O

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 96****Pakiet nr 1, pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Chłonność w strefie krytycznej 680%, odporność na przenikanie cieczy 207cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej, w strefie mniej krytycznej 130cm H<sub>2</sub>O,

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm


2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 97****Pakiet nr 1, pozycja 33**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów. Odporność na przenikanie cieczy 110cm H<sub>2</sub>O. Chłonność 680%.


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

#### Pytanie 98

##### Pakiet nr 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Chłonność 600%, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H<sub>2</sub>O,


4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie 99

##### Pakiet nr 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz połączenie drenu, odporność na przenikanie cieczy 110 H<sub>2</sub>O,


1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**


#### Pytanie 100

##### Pakiet nr 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści zestaw w rozmiarze uniwersalnym składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 207cm H<sub>2</sub>O, w strefie mniej krytycznej 130cm H<sub>2</sub>O, chłonność 680%

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm + osobno pakowane 2 ręczniki w rozmiarze 40 cm x 40cm.



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### Pytanie 101

##### Pakiet nr 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów 188cm H<sub>2</sub>O, na rozzerwanie na sucho 108kPa, na mokro 95kPa

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm


2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### Pytanie 102

##### Pakiet nr 1, pozycja 40-43

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od parametru prania wstępного w serwetach.



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza również serwety operacyjne bez prania wtępnego przy zachowaniu pozostałych parametrów.

### Pytanie 103

#### Pakiet nr 1, pozycja 42-43

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę pakowaną a'2szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?


W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

### Pytanie nr 104 – dotyczy poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cc w składzie i parametrach jak poniżej:

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przyklepna 9 x 50 cm
- 1 serwetka stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 1 serwetka dla dziecka 75 x 120 cm, spunlace 50g/m<sup>2</sup>
- 1 serwetka do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów
- 1 serwetka na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocniona

Materiał serwetki głównej 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

### Pytanie nr 105 – dotyczy poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego w składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 serwetka stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serwetka na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocniona
- 1 przylepna serwetka średnia 180 x 180 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x180cm) z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm
- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m
- 2 przylepne serwetki 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni) z padem chłonnym 25 x 60 cm
- 1 serwetka 230x260cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów
- 1 serwetka przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm) z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów


Materiał serwetek głównych 3 warstwowy PE+PP+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej + pad chłonny o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

### Pytanie nr 106 – dotyczy poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegu w okolicach stawu kolanowego w składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 serwetka stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwetki 65x85cm)



- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocniona
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm
- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocniona

Materiał serwety głównej 3 warstwowy PE+PP+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μ) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### Pytanie nr 107 – dotyczy poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kraniotomii w składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78x145cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocniona
- 1 taśma przylepna 9x50cm
- 2 ręczniki chłonne 30x34cm
- 4 serwety 3-warstwowe przylepne 50x50cm
- 1 serweta do kraniotomii 228x320cm (2-warstwowa, z dodatkowym padem chłonnym 30x35cm) zintegrowana z serwetą pola krytycznego (2-warstwowa) 75x90cm z otworem 26x35cm wypełnioną folią PE przylepną z otworem owalnym 20x14cm, serweta wyposażona w 2 sztywniki w bokach dłuższych oraz torbę na płyny z filtrem i portem do odsysania. Serweta wyposażona w 8 zintegrowanych organizatorów przewodów.

Materiał serwety głównej posiada o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej + pad chłonny 80 g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m<sup>2</sup>


Materiał serwet 3-warstwowych o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie nr 108 – dotyczy poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca z elastyczną końcówką o wymiarach 17x240cm wykonanego z folii o grubości 40 mikronów?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**



#### Pytanie nr 109 – dotyczy poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o wymiarach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, wykonanej w części wewnętrznej z dzianiny poliestrowej, niezintegrowanej z warstwą zewnętrzną, kratonem?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### Pytanie nr 110 – dotyczy poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo 78x145cm, piaskowanej, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie nr 111 – dotyczy poz. 19**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni dwukomorowej 40x30cm, wykonanej z folii o grubości 40 mikronów?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 112 – dotyczy poz. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej z taśmą repositionowalną, trzywarstwowej na całej powierzchni PE+PP+PP (grubość folii 33 $\mu$ ) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>?


**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**



75 x 50 cm

**Pytanie nr 113 – dotyczy poz. 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej z taśmą repositionowalną, 180x180cm, trzywarstwowej w miejscu dedykowanym PE+PP+PP (grubość folii 33 $\mu$ ) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>?



180 x 180 cm

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie nr 114 – dotyczy poz. 24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety o długości 7cm, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Szwy ultradźwiękowe. Fartuch o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Fartuch założony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację. Wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na opakowaniu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, opakowanie folia-papier, z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, zgodny z normą PN EN 13795.

Poziom pylenia 2,5 log 10

Rozmiary M-XXL.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie nr 115 – dotyczy poz. 24 i 29**

Czy Zamawiający wymaga, aby każdy fartuch posiadał na jednostkowym opakowaniu podwójny sposób oznakowania w postaci rozmiaru podanego literalnie i w centymetrach, np. L – 135cm ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie nr 116 – dotyczy poz. 24 i 29**

Czy Zamawiający wymaga, aby fartuchy zapakowane były w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawierający etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie nr 117 – dotyczy poz. 24 i 29**

Czy Zamawiający wymaga, aby każdy fartuch posiadał na jednostkowym opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie nr 118 – dotyczy poz. 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony z gumką, wykonanej z folii o grubości 40 mikronów, średnicy 90 lub 140cm, posiadającej 4 etykiety TAG. Osłona pakowana pojedynczo w opakowanie papier-folia. Sterylizowana tlenkiem etylenu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 119 – dotyczy poz. 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego zestawu uniwersalnego z 2 ręcznikami celulozowymi i taśmą 9x50cm, serwetą Mayo składaną w sposób zapewniający aseptyczną aplikację z zaznaczonym kierunkiem rozwijania w rozmiarze 78x145cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 120 – dotyczy poz. 26**


Czy Zamawiający wymaga, aby serwety zestawu uniwersalnego były min. dwuwarstwowe, o takiej samej gramaturze na całej powierzchni serwety? Niektóre dostępne obłożenia posiadają warstwę chłonną tylko w części środkowej serwety, pozostała część serwety jest jedynie nieprzemakalna, bez warstwy chłonnej.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 121 – dotyczy poz. 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji żyłaków w składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wzmocniona 78 x 145 cm, (wzmocnienie serwety 65x85cm), wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>, chłonność wyższa od opisanej
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 1 przylepna serweta 75 x 90 cm, materiał serwety 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem przylepnym „U” 20 x 100 cm, materiał serwety 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho wyższe od opisanego
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm, materiał serwety 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, chłonność wyższa od opisanej
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocniona, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>, chłonność wyższa od opisanej



Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, posiadający 4 etykiety TAG, spełniający wymagane normy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 122 – dotyczy poz. 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety o długości 7cm, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Szwy ultradźwiękowe. Fartuch o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Fartuch założony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację. Wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na opakowaniu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, opakowanie folia-papier, z dwoma ręcznikami do osuszania rąk 30,5x34cm, zawinięty w papier krepowy 60x60cm, , 4 etykiety TAG, zgodny z normą PN EN 13795.

Odporność na przenikanie cieczy 40cm H<sub>2</sub>O

Rozmiary M-XXL.


Opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawierający etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie nr 123 – dotyczy poz. 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego zestawu uniwersalnego w składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 dwukomorowa kieszeń 30x40cm



Materiał serwet głównych 3 warstwy PE+PP+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej = 80 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność 458% w miejscu trzywarstwowym / 990% w miejscu wzmocnionym (3w + łata)


Opakowanie xxxxx, 4 etykiety TAG, na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawierający etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji. Zestaw zgodny z normami opisanymi w SIWZ.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie nr 124– dotyczy poz. 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii kończyny dolnej w składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm



- 1 osłona na nogę 36 x 65 cm wykonana z kratonu
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 75 x 80 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Materiał serwety głównej 2 warstwy PE+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 60g/m2 w części podstawowej + łata chłonna = 80 g/m2.

Chłonność 990% w miejscu wzmocnionym (2w + łata)

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

Opakowanie xxxx, 4 etykiety TAG, na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawierający etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji. Zestaw zgodny z normami opisanymi w SIWZ.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### Pytanie nr 125 – dotyczy poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cc w składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torbą na płyny 102x112cm, wzmocniona gąbką i sztywnikiem aluminiowym wokół otworu owalnego, folia operacyjna 36 x 36 cm, 4 organizatory przewodów, 2 porty do ssaka
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Materiał serwety głównej 2 warstwy PE+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 60g/m2.

Chłonność 458%.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

Opakowanie xxxx, 4 etykiety TAG, na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawierający etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji. Zestaw zgodny z normami opisanymi w SIWZ.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

#### Pytanie nr 126 – dotyczy poz. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii stopy/dłoni w składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 1 serweta ręka/noga 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 50x100cm i z organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Materiał serwety głównej 3 warstwy PE+PP+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna = 80 g/m2.



Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność 990%.

Opakowanie xxxx, 4 etykiety TAG, na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy




(zawierający etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji. Zestaw zgodny z normami opisanymi w SIWZ.

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

#### **LUB**

- serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 1 taśma mocująca 9x50cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 75 x 80 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm



Materiał serwetki głównej 2 warstwy PE+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 60g/m2 w części podstawowej + łata chłonna = 80 g/m2.

Chłonność 990% w miejscu wzmocnionym (2w + łata)

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Opakowanie xxxxx, 4 etykiety TAG, na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.


Opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawierający etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji. Zestaw zgodny z normami opisanymi w SIWZ.

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

#### **Pytanie nr 127 – dotyczy poz. 37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pediatrycznego w składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 2 przyklejane serwetki 3-warstwowe na całej powierzchni 75 x 75 cm
- 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm 3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta (75x180cm)
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm 3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta (75x240cm)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm



Materiał serwet 3 warstwy PE+PP+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 185 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 188 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.

Absorpcja płynu zgodnie z EN ISO 9073-6:2003 = 458%

Opakowanie xxxx, 4 etykiety TAG, na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawierający etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji. Zestaw zgodny z normami opisanymi w SIWZ.

**W odpowiedzi na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

#### **Pytanie nr 128 – dotyczy poz. 40-41**

Prosimy o doprecyzowanie – czy Zamawiający ma na myśli opisując j.m. jako sztukę opakowanie a'2 / a'5 i tak należy wycenić – za opakowanie?

CG