

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na „Dostawy odczynników do badań immunochemicznych w technice BLOT oraz ELISA”

znak sprawy: WSzSL/DZ-61/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

W celu prawidłowej kalkulacji oferty - z uwzględnieniem kalibracji i kontroli, zwracamy się do Zamawiającego o podanie liczby/długości serii oznaczeń dla testów ELISA (pozycja 3 , pozycja 4) wykonywanych z każdej płyty mikrotitracyjnej.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający oznacza w serii 20-25 badań (oznaczeń pacjenta).

Pytanie 2

Czy Zamawiający omyłkowo wskazał kolumnę „E” zamiast kolumny „D” jako miejsca zapisu faktycznej ilości asortymentu niezbędnego do realizacji zamówienia?

W odpowiedzi na pytanie: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający miał na myśli kolumnę „D”.

Pytanie 3

Do odczytu wyników wymaganych w pozycji 3 oraz pozycji 4 testów ELISA konieczny jest czytnik mikropłyt z oprogramowaniem.

Czy Zamawiający posiada własne urządzenie czy wymaga, aby zapewnić jego dzierżawę dopisując dodatkową pozycję w tabeli najmu urządzeń?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga najmu urządzeń niezbędnych do wykonywania badań, które określił w Tabeli C pozycja 1-4.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik