

**Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę na dostawę: chłodziarek laboratoryjnych, zestawu do detekcji węzła wartowniczego, systemu
przyzywowego oraz głowicy do aparatu usg
WSzSL/DZ-51/17**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 Dotyczy: Projekt umowy (pakiety 1,2 I 6) §2 ust 1,6

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju test bezpieczeństwa elektrycznego ma zostać wykonany w trakcie montażu przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego jego wykonanie.

Odpowiedź: Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z normą EN 62353.

Pytanie 2 Dotyczy: Projekt umowy (pakiety 1,2) §5 ust 1, lit a.

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5 % do 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust.3 i/lub §3ust. 4 i/lub ust.5

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 3 Dotyczy: Projekt umowy (pakiety 1,2) §5 ust 1, lit b

Prosimy o odstąpienie o od kar w wysokości 1000 zł za każde uchybienie obowiązkowi opisanemu w §3 ust. 10. Obciążenie Wykonawcy cena zakupu części zamiennych u wybranego przez Zamawiającego podmiotu, jest wystarczającą karą dla Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 4 Dotyczy: Projekt umowy (pakiety 1,2) §5 ust 2

Prosimy o zmniejszenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z jej stron, a którego przyczyna leży po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu z 10% do 7% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 5 Dotyczy: Pakiet 2, załącznik Nr 2A – formularz asortymentowo-cenowy. Tabela B / Rok produkcji

Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2016 roku zgodne z pozostałymi wymaganiami Załącznika Nr 2A dla Pakietu 2 ? Pozwoli to wykonawcy na dochowanie wszelkich terminów dotyczących dostawy urządzenia wraz z jego instalacją, co jest także uwarunkowane długim i skomplikowanym procesem produkcyjnym a także logistycznym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 6 Dotyczy: Projekt umowy (pakiety 1,2) §3 ust 10

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie okresu dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przedmiotu umowy z 7-lat na 5-lat

Ze względu na ciągłą modernizację urządzeń i szybki postęp w technologii medycznej okres 7 lat jest okresem bardzo długim. Przyjętym okresem dostępności części zamiennych przez producentów sprzętów medycznych jest okres 5-letni. Po tym okresie sprzedawca nie jest w stanie zagwarantować dostępności wspomnianych części.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik