

**Do wszystkich zainteresowanych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy**

Dotyczy: postępowania o numerze sprawy: WSzSL/DZ-44/17

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Pakietu 7 poz. 1-3

Pytanie 1- Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z zapinką: Materiał 100% włókna syntetyczne tj: poliestrowe i poliamidowe?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowaną opaskę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 8

Pytanie 2- Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe długość w stanie luźnym od 1-10m?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza proponowanej siatki.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 7-8

Pytanie 3- Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 7-11

Pytanie 4- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 7-11? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 19 – Opatrunki do mocowania dożylnych kaniul obwodowych, ilość pozycji 8, pozycja 5

Pytanie 5- Czy Zamawiający dopuści produkt Grip-Lok średni nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 19 poz. 5

Pytanie 6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 19 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2

Pytanie 7- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 2 opatrunków o wymiarach 8cm x 10cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 4

Pytanie 8- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 10 pozycji 4, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i wydziela z Pakietu 10 poz. 4 tworząc Pakiet 10 B modyfikując jednocześnie treść ogłoszenia i siwz.

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Pytanie 9- Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,0 cmx 4,0 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 3

Pytanie 10- Czy Zamawiający dopuści rozmiar 7,0 cmx 7,0 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Pytanie 11- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przezroczystego opatrunku do mocowania kaniuli w rozmiarze 7 x 9 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 20 poz. 1

Pytanie 12 -Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie 20 poz. 1 gąbki w rozmiarze 7x5x0,1cm ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 20 poz. 2

Pytanie 13- Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie 20 poz. 2 gąbki w rozmiarze 7x5x1cm ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 20 poz. 3 i 4

Pytanie 14 -Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 20 poz. 3 i 4 potwierdzenia skuteczności działania przeciwbakteryjnego MRSA, MRSE, PRSP, VRE zarówno badaniami klinicznymi InVivo jak i przedklinicznymi InVitro ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy Pakietu 20 poz. 3, 4

Pytanie 15 -Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 20 poz. 3, 4 aby gaza była wykonana z utlenionej regenerowanej celulozy ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy zapisów SIWZ

Pytanie 16 -Czy Zamawiający wymaga, aby dołączona instrukcja obsługi w języku polskim była fabrycznie zapakowana do środka opakowania zbiorczego ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż odstępuje od kryterium oceny ofert „Opakowanie jednostkowe z opisem i/lub instrukcją stosowania w języku polskim (na opakowaniu lub wewnątrz opakowania) ”

nie

2

w zakresie wszystkich Pakietów zastępując je kryterium „Termin ważności oferowanych produktów”, modyfikując jednocześnie treść ogłoszenia i siwz.

Nadto wskazujemy, iż zapisy paragrafu 2 ust. 6 zostały zmodyfikowane.

Dotyczy zapisów SIWZ

Pytanie 17 -Czy opakowanie zbiorcze ma posiadać etykietę w języku polskim ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 16.

Dotyczy SIWZ Rozdz. XIV-badania kliniczne

Pytanie 18

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia badań klinicznych dla Pakietu 35, 36, 41 oraz pozycji 2-4 pakietu 43? Prognę poinformować, że nie mamy dostępu do wyników takich badań i nie jesteśmy w stanie przedstawić ich Zamawiającemu.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż odstępuje od kryterium oceny ofert „Badania kliniczne dotyczące skuteczności działania” w zakresie Pakietów 30-43 zastępując innym kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji” modyfikując jednocześnie treść ogłoszenia i siwz.

Dotyczy Pakietu 41

Pytanie 19- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia pomp do asortymentu z pakietu 41. Swą prośbę motywujemy tym, że nie jest to dla nas oferta korzystna finansowo, gdyż Zamawiający wymaga asortymentu do dwóch różnych urządzeń do darmowego użyczenia na okres dwóch lat

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy siwz w związku z omyłką powstałą na etapie przygotowywania siwz.

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1-5

Pytanie 20 -Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę siatki elastycznej w opakowaniach zawierających 25 m gotowego opatrunku lub w mb w stanie rozciągniętym, co pozwoli na porównywalność ofert. Wszystkie firmy na rynku polskim posiadają w swoich ofertach siatki opatrunkowe w opakowaniach zawierających 25m gotowego opatrunku w stanie rozciągniętym. Opakowania różnią się ilością w stanie luźnym z uwagi na różną rozciągliwość (im wyższa tym lepsza).

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 1 poz.1-6, Pakiet nr 2 poz.1-3, 5-7

Pytanie 21- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca z klejem akrylowym, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany przylepiec.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 2 poz.4

Pytanie 22- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca z tkaniny bawełnianej, z klejem akrylowym, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany przylepiec.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 3 poz.1

Pytanie 23- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku z dodatkową podkładką pod kaniulę.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza taką możliwość ale nie wymaga.

Dotyczy Pakietu 16A poz.1

Pytanie 24- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej z poliuretanu, samoprzylepnej, elastycznej o rozmiarze całkowitym 15cmx36,5cm, powierzchni klejącej 15cmx28cm.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 16A poz.2

Pytanie 25-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej z poliuretanu, samoprzylepnej, elastycznej o rozmiarze całkowitym 28cmx38,5cm, powierzchni klejącej 28cmx30cm.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

pu

Dotyczy Pakietu 16A poz.2

Pytanie 26- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej z poliuretanu, samoprzylepnej, elastycznej o rozmiarze całkowitym 40cmx50,5cm, powierzchni klejącej 40cmx42cm.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 16A poz.3

Pytanie 27- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej z poliuretanu, samoprzylepnej, elastycznej o rozmiarze całkowitym 63,5cmx45cm, powierzchni klejącej 55cmx45cm.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 16A poz.3

Pytanie 28- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej z poliuretanu, samoprzylepnej, elastycznej o rozmiarze całkowitym 83,5cmx45cm, powierzchni klejącej 75cmx45cm.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 16A poz.4

Pytanie 29- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej antybakteryjnej z klejem nasączanym jodoforem, samoprzylepnej o rozmiarze całkowitym 40cmx40cm, powierzchni klejącej 34cmx40cm.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 16A poz.5

Pytanie 30- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej antybakteryjnej z klejem nasączanym jodoforem, samoprzylepnej o rozmiarze całkowitym 70cmx45cm, powierzchni klejącej 60cmx45cm.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 18 poz.1-4

Pytanie 31- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 19 poz.1

Pytanie 32- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 4,5cmx4,5cm. Pozostałe wymogi - zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza proponowany opatrunek.

proponowany opatrunek.
Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 19 poz.4

Pytanie 33- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku całkowicie przezroczystego (foliowego), tj. bez wzmocnienia włókniną. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza proponowany opatrunek.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 31 poz.31

Pytanie 34- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 12,5cmx12,5cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany opatrunek.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 31 poz.32

Pytanie 35 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 17,5cmx17,5cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany opatrunek.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 31 poz.33

Pytanie 36-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 21cmx21cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany opatrunek.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 31 poz.44

Pytanie 37-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokoloidowego w wersji standardowej zamiast cienkiej. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany opatrunek.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 31 poz.44

Pytanie 38-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5cmx20cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany opatrunek.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 37 poz.1

Pytanie 39-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx10cm lub 15cmx15cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany opatrunek.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 16A poz.1

Pytanie 40-Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 16A pozycji nr 1 z powodu braku dostępności folii z polietylenu w podanych rozmiarach ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i wydziela z Pakietu 16A poz. 1 do osobnego Pakietu tworząc Pakiet 16B modyfikując jednocześnie treść ogłoszenia i siwz.

Dotyczy Pakietu 16A poz.1

Pytanie 41-„Czy zamawiający dopuści do pakietu 16A pozycji 1 folię chirurgiczną wykonaną z poliestru o rozmiarze całkowitym 20cm x 20cm i powierzchni klejącej 10cm x 20cm?”

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 16A poz.1

Pytanie 42-Czy zamawiający dopuści do pakietu 16A pozycji 1 folię chirurgiczną wykonaną z poliestru o rozmiarze całkowitym 38cm x 25cm i powierzchni klejącej 28cm x 25cm

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 19 poz.3

Pytanie 43- Czy zamawiający dopuści w pakiecie 19 pozycja 3 przeźroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych wzmocnionych obrzeżach włókniną z 4 stron ? pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza oferowany opatrunek.

mi

5

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 19 poz.6

Pytanie 44-Czy zamawiający dopuści w pakiecie 19 w pozycji 6 bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem i okienkiem wypełnionym folią o rozmiarach 5,5 cm x 6,3 cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem SWIZ

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany opatrunek.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 19 poz.7

Pytanie 45-Czy zamawiający dopuści w pakiecie 19 w pozycji 7 bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem w rozmiarach 3cm x 7 cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem SWIZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany opatrunek.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 39, poz. 1-2

Pytanie 46-Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby opatrunek był 3-warstwowy.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 39, poz. 3-4

Pytanie 47-Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by opatrunek był 2-warstwowy.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 39, poz. 5-6

Pytanie 48-Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by warstwa kontaktowa była z miękkiego silikonu o właściwościach hydroforowych.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 39, poz. 5-6

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by opatrunek był 5-warstwowy.

Pytanie 49- **Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 39, poz. 5-6

Pytanie 50-Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by opatrunek był wodoodporny.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 39, poz. 7-8

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by opatrunek był 5-warstwowy.

Pytanie 51-Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 39, poz. 7-8

Pytanie 52-Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by opatrunek był wodoodporny.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. XIV, pkt. 1.2 (Opakowanie jednostkowe z opisem i/lub instrukcją stosowania w języku polskim. Pakiet nr 39)

Pytanie 53-Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści załączenie kserokopii opakowań jednostkowych potwierdzających spełnienie w/w wymagania.

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dokumentów, które Zamawiający uzna za wystarczające do potwierdzenia spełnienia w/w wymagania.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający zmienił kryterium oceny ofert; odsyłamy do zmienionych zapisów siwz.

Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. XIV, pkt. 1.2 (Badania kliniczne dotyczące skuteczności działania. Pakiet nr 39)

Pytanie 54-Czy Zamawiający dopuści załączenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badań klinicznych w języku angielskim (bez tłumaczenia na j. Polski)?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 18.

Pytanie 55-Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. XIV, pkt. 1.2 (Badania kliniczne dotyczące skuteczności działania. Pakiet nr 39)-Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia producenta potwierdzającego przeprowadzenie badań klinicznych dotyczących skuteczności działania produktu wraz ze wskazaniem liczby osób, na których badania te zostały przeprowadzone.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 18.

Dotyczy Pakietu 20 w Pozycji 3

Pytanie 56-Czy Zamawiający w Pakiecie 20 w Pozycji 3 pod pojęciem „opatrunek hemostatyczny wchłaniający (w ciągu 7-14 dni), typu Surgicel Fibrillar lub równoważny” rozumie i będzie wymagał materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy o strukturze nieutkanej włókniny, zawartość grupy karboksylowej 18 – 24%; PH 2,5 – 3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 20 w Pozycji 4

Pytanie 57-Czy Zamawiający w Pakiecie 20 w Pozycji 4 pod pojęciem „wchłaniająca sterylna gaza hemostatyczna utleniona regenerowana celuloza typu Surgicel Original” rozumie i będzie wymagał materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy o strukturze nieutkanej włókniny, zawartość grupy karboksylowej 18 – 24%; PH 2,5 – 3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 26 w Pozycji 3

Pytanie 58 -Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w Pozycji 3 pod pojęciem „częściowo wchłaniana, monofilamentowa, mikroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28g/m2, średnica porów 3-4 mm, kompozyt 50% wchłanialnego poliglekaptanu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – poniżej 1mm. Rozmiar siatki 10x12cm” rozumie i będzie wymagał częściowo wchłanianej, monofilamentowej, makroporowatej, ultralekkiej siatki, monofilamentowy kompozyt w prawie równej części niewchłanialnych włókien polipropylenu i wchłanialnych włókien poliglekaptanu-25 (udokumentowany skład w instrukcji obsługi); gramatura 28 g/m2; średnica porów 3-4 mm; wchłanialny element poliglekaptanu-25 (ok. 84 dni), cienkie filamenty (poniżej 1mm); niski odsetek kurczenia siatki po implantacji (ok. 1,9%) w rozmiarze 10x12cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1

Pytanie 59- Czy Zamawiający dopuści przyklepiec o poniższych właściwościach:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ MATERIAŁU	Włóknina
SKŁAD	100% poliester
GRAMATURA	≤50 g/m2
PAPIER ZABEZPIECZAJĄCY	Gramatura: 80 g/m2
RODZAJ KLEJU	Hipoalergiczny klej akrylowy
KOLOR	Biały

SPECYFIKACJA	WŁAŚCIWOŚCI: <ul style="list-style-type: none">• Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny• Mikropory w strukturze włókniny• Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej• Elastyczny, dopasowujący się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów• Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację• Hipoalergiczna• Niejąłowa
	ZASTOSOWANIE: <ul style="list-style-type: none">• Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie opatrunków pierwotnych, nieprzyklepnych, nałożonych bezpośrednio na rany i uszkodzenia skóry• Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie drenów, cewników, rurek medycznych

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1-3

Pytanie 60- Czy Zamawiający dopuści przyklepiec o poniższych właściwościach:

Wykonany z tkaniny bawełnianej

Pokryty klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą

Kolor biały

Nawinięty na szpulkę

Ząbkowane wykończenie brzegu przylepca ułatwiające dzielenie

Możliwość dzielenia wzdłuż i w poprzek, także bez użycia nożyczek

ai

8

Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej
Dobra przylepność
Elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
Hypoalergiczny
Niejałowy

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 2 poz. 1-3

Pytanie 61- Czy Zamawiający dopuści przylepiec o poniższych właściwościach:

Pokryty klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą
Kolor biały
Nawinięty na rolkę
Proste wykończenie brzegu przylepca
Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej
Dobra przylepność
Elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
Hypoalergiczny
Niejałowy

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 2 poz. 4

Pytanie 62- Czy Zamawiający dopuści przylepiec wykonany z tkaniny bawełnianej, pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 2 poz. 5-7

Pytanie 63- Czy Zamawiający dopuści przylepiec ze sztucznego jedwabiu z klejem akrylowym?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 5 poz. 1

Pytanie 64- Czy Zamawiający dopuści paski do nieinwazyjnego zamykania ran w rozmiarze 3 mm x 75mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 5 poz. 2

Pytanie 65- Czy Zamawiający dopuści paski do nieinwazyjnego zamykania ran w rozmiarze 6 mm x 75mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 6 poz. 1

Pytanie 66 -Czy Zamawiający dopuści opaskę podtrzymującą dzianą, zawierającą wiskozę?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 9 poz. 1-3

Pytanie 67-Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 3 minuty, wykonaną z gazy 20-nitkowej, zanurzenie opaski w wodzie 8-10 sek?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 9 poz. 6

Pytanie 68 -Czy Zamawiający dopuści syntetyczny podkład podgipsowy w rozmiarze 15cm x 3m?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 3

Pytanie 69-Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze 189g?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 6

Pytanie 70-Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze 1,89g?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 5,6

Pytanie 71

Czy Zamawiający dopuści wycenę kompresów za opakowanie a'2szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 7

Pytanie 72-Czy Zamawiający dopuści wycenę gazy bawełnianej za 0,9 cm x 100m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 10

Pytanie 73 -Czy Zamawiający dopuści wycenę waty celulozowej za opakowanie a'5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10A poz. 2

Pytanie 74-Czy Zamawiający dopuści pakiet zawierający 10 kompresów, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10A poz. 2

Pytanie 75-Czy Zamawiający dopuści pakiet zawierający 5 kompresów, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10A poz. 4

Pytanie 76-Czy Zamawiający dopuści pakiet zawierający 20 kompresów, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10A poz. 5,6

Pytanie 77-Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze 1,89g?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

an

Dotyczy Pakietu 10A poz. 6

Pytanie 78- Czy Zamawiający dopuści pakiet zawierający 5 kompresów, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10A poz. 6

Pytanie 79- Czy Zamawiający dopuści pakiet zawierający 10 kompresów, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10A poz. 8

Pytanie 80- Czy Zamawiający dopuści pakiet zawierający 20 kompresów, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 12 poz.1,2

Pytanie 81- Czy Zamawiający dopuści wyceną serwety operacyjnej za opakowanie a'2szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 13 poz.2

Pytanie 82- Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w rozmiarze 55 x 75mm?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 24 poz.3

Pytanie 83 -Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 2 Poz. nr 1-3, 5-9

Pytanie 84- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane przylepce pakowane były indywidualnie a' 1 szt. w kartonik chroniący przed zabrudzeniem i zawierający pełną identyfikację produktu?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wymaga ale dopuszcza taki sposób pakowanie wyrobu.

Dotyczy Pakietu 12 Poz. nr 2

Pytanie 85- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej niejalowej, podanej procesowi technologicznego płukania wstępnego wykonanej z gazy bawełnianej 17-nitkowej, 2-warstwowej z elementem radiacyjnym i taśmą, w rozmiarze 75x75cm?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 41 Poz. 1

Pytanie 86- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu małego posiadającego w swoim składzie film do mocowania opatrunku w rozmiarze 15 x 20 a' 3 sztuki w zestawie? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu 41 Poz. 2

Pytanie 87- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu średniego posiadającego w swoim składzie film do mocowania opatrunku w rozmiarze 20 x 30 a' 2 sztuki w zestawie? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu 41 Poz. 3

Pytanie 88 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu dużego posiadającego w swoim składzie film do mocowania opatrunku w rozmiarze 20 x 30 a' 3 sztuki w zestawie? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu 41 Poz. 1, 2, 3

Pytanie 89 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do podciśnieniowej terapii ran posiadających w swoim składzie port w rozmiarze 8x8 cm?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz .

Dotyczy Pakietu 41 Poz. 4.

Pytanie 90 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku uznanego w terapii podciśnieniowej ran z hydrofobowej siatki poliamidowej, pokrytej srebrem metalicznym, impregnowaną nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów. Pod wpływem wydzieliny z rany opatrunek uwalnia jony srebra o bakteriobójczym działaniu, zwalczając

bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie włącznie ze szczepami MRSA w rozmiarze 10x20 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz .

Dotyczy Pakietu 41 Poz. 5

Pytanie 91– Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków z białej pianki PVA, nawilżonego sterylnej wodą w rozmiarze 10x15cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Dotyczy Pakietu 41 Poz. 6

Pytanie 92 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania transparentnego filmu do mocowania opatrunku w rozmiarze 10x15cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz .

Dotyczy Pakietu 41 Poz. 7

Pytanie 93– Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uznany na rynku i dopuszczony dren płaski wykonany z polichlorku winylu?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz .

Dotyczy Pakietu 41 Poz. 8

Pytanie 94 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie systemu VivanoTec z wyłączeniem tej pozycji? Oferowany przez nas system posiada zintegrowany wystarczającej długości (60 cm) dren do zbiornika.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz .

Dotyczy Pakietu 41 Poz. 10

Pytanie 95 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiornika 300ml?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz .

Dotyczy urządzenia

Pytanie 96- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia o wadze 1,2kg; z szerszym zakresem podciśnienia (do 250 mmHg); z funkcją nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu i dotykowym ekranem sterowania w języku polskim?

Urządzenia wyposażone w alarmy:

- alarm blokady drenu
- alarm nieszczelności układu
- alarm maksymalnego napełnienia zbiornika
- wskaźnik naładowania baterii.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 42 Poz. 3

Pytanie 97– Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiornika 300ml lub 800ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 20 POZ. 4

Pytanie 98- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłaniałna sterylna gaza hemostatyczna utleniona nieregenerowana celuloza typu TRAUMASTEM TAF Light

Traumastem TAF Light jest sterylnym, wchłanianym, biozgodnym, hemostatycznym opatrunkiem sieciowym przeznaczonym do tamowania krwawienia włośniczkowego, żylnego, oraz mniejszych krwawień tętniczych. Traumastem TAF Light zapewnia szybką i efektywną miejscową hemostazę w ciągu 1-2 minut, w zależności od rodzaju operacji oraz intensywności krwawienia. Wysoka zdolność absorpcji, jak również duża powierzchnia własna naturalnej utlenionej celulozy mają duże znaczenie w procesie hemostazy. Utleniona celuloza w kontakcie z krwią zmienia się w adhezyjny żel, który zapobiega wymywaniu trombocytów z rany, co prowadzi do szybszego zatrzymania krwawienia. Traumastem TAF Light zmniejsza utratę krwi, komplikacje okołoperacyjne oraz komplikacje we wczesnym etapie pooperacyjnym. Eliminuje ryzyko krwawienia, ma istotne działanie przeciwbakteryjne, przyspiesza biochemiczne procesy krzepnięcia oraz usprawnia proces gojenia. Wartość pH wody w nasączonym produkcie wynosi od 2,7 do 3,5. . Produkt jest bezurazowy i ulega całkowitej biodegradacji w ciągu maksymalnie 8 dni. O ile oksydowana celuloza Traumastem jest stosowana zgodnie z instrukcją i w minimalnych ilościach, wchłania się z miejsca implantacji, nie powodując żadnych istotnych klinicznie reakcji tkankowych. Jej absorpcja zależy od kilku czynników, między innymi od zastosowanej ilości produktu, stopnia nasycenia krwią i łoża tkankowego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz.1

Pytanie 99- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów z minimalnym wykresem gazy 11,5 cm x 19 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz.2

Pytanie 100 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów z minimalnym wykresem gazy 15,7 cm x 28 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz.3

Pytanie 101- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów z minimalnym wykresem gazy 20,5 cm x 38,5 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz.4

Pytanie 102- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów z minimalnym wykresem gazy 20,5 cm x 38 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 5

Pytanie 103 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów z minimalnym wykresem gazy 15 cm x 27,5 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 6

Pytanie 104 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów z minimalnym wykresem gazy 20,5 cm x 37 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 6

Pytanie 105 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów posiadających minimalną wagę 1 kompresu- 1,94 g. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 4 i 5

Pytanie 106 - Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w wyżej wymienionych pozycjach wymaga tupferów jałowych czy też niejłowych?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga tupferów jałowych modyfikując jednocześnie siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 1-3

Pytanie 107- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w wyżej wymienionych pozycjach tupferów z nitką radiacyjną. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1-6

Pytanie 108- Czy Zamawiający dopuści przyklepieć z hypoalergicznym klejem akrylowym, który nie powoduje uczuleń w kontakcie ze skórą pacjenta?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał

mf

zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 2 poz. 1-3, 5-7

Pytanie 109-Czy Zamawiający dopuści przylepiec z hypoalergicznym klejem akrylowym, który nie powoduje uczuleń w kontakcie ze skórą pacjenta?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany przylepiec.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 2 poz. 4

Pytanie 110-Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 5 m x 25 mm, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Pytanie 111-Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 80mm x 58 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż w formularzu ofertowym dopuścił tolerancję rozmiarów (długość i szerokość) +/- 15%.

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1

Pytanie 112 -Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'100 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie określił ilości sztuk w opakowaniach, wobec czego dopuszcza zaproponowane opakowanie i jednocześnie odsyła do zapisów Rozdziału XIII pkt. 8 siwz.

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2-4

Pytanie 113-Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'50 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie określił ilości sztuk w opakowaniach, wobec czego dopuszcza zaproponowane opakowanie i jednocześnie odsyła do zapisów Rozdziału XIII pkt. 8 siwz.

Dotyczy Pakietu 4 poz. 3

Pytanie 114-Czy Zamawiający dopuści rozmiar 8 cm x 15 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż w formularzu ofertowym ujął rozmiar opatrunku w zakresie 8-10 cmx15 cm i dopuścił tolerancję rozmiarów (długość i szerokość) +/- 15%.

Dotyczy Pakietu 4 poz. 5-6

Pytanie 115-Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'25 sztuk

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie określił ilości sztuk w opakowaniach, wobec czego dopuszcza zaproponowane opakowanie i jednocześnie odsyła do zapisów Rozdziału XIII pkt. 8 siwz.

Dotyczy Pakietu 6 poz. 1

Pytanie 116-Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'80 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie określił ilości sztuk w opakowaniach, wobec czego dopuszcza zaproponowane opakowanie i jednocześnie odsyła do zapisów Rozdziału XIII pkt. 8 siwz.

Dotyczy Pakietu 6 poz. 2-3

Pytanie 117-Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'40 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie określił ilości sztuk w opakowaniach, wobec czego dopuszcza zaproponowane opakowanie i jednocześnie odsyła do zapisów Rozdziału XIII pkt. 8 siwz.

Dotyczy Pakietu 9 poz. 4-6

Pytanie 118-Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'12 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie określił ilości sztuk w opakowaniach, wobec czego dopuszcza zaproponowane opakowanie i jednocześnie odsyła do zapisów Rozdziału XIII pkt. 8 siwz.

Ma

14

Dotyczy Pakietu 9 poz. 6

Pytanie 119- Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15cm x 3m?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuścił w niniejszym Pakiecie tolerancję rozmiarów (długość i szerokość) +/- 10%.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 1

Pytanie 120- Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju gazy 14cm x 20cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 2 i 5

Pytanie 121- Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju gazy 19cm x 30cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 3, 4, 6

Pytanie 122- Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju gazy 24cm x 40cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 10A poz. 1-4

Pytanie 123- Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju gazy 19cm x 30cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 10A poz. 5-8

Pytanie 124- Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju gazy 24cm x 40cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 1-5

Pytanie 125- Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 17 – nitkowej?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 1-2

Pytanie 126- Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z gazy wstępnie pranej?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 15 poz. 5

Pytanie 127- Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania setonu w rozmiarze 2m x 7,5cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż poprawia błędny opis przedmiotu zamówienia w zakresie rozmiaru i wymaga zaofiarowania setonu w rozmiarze 2 m x 7,5 cm modyfikując jednocześnie siwz. Jednocześnie zmienia omyłkowo nadaną numerację w liczbie porządkowej w Pakiecie 15.

Dotyczy projektu umowy

Pytanie 128- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy po słowach „w ciągu 24 godzin” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli krótki 24-godzinny termin dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz projektu umowy.

Pytanie 129

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy data ważności i numer serii zostały naniesione na WZ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapisy § 2 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 130- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 5 wzoru umowy został dodany podpunkt c) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i

ni

15

usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, podtrzymuje zapisy siwz projektu umowy.

Pytanie 131- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz projektu umowy.

Pytanie 132- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „0,5% wartości złożonego zamówienia brutto” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości niedostarczonego towaru”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby tylko część zamówienia nie została terminowo zrealizowana, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz projektu umowy.

Pytanie 133- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 6 ust. 1 lit. c) wzoru umowy?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz projektu umowy.

Pytanie 134- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz projektu umowy.

Dotyczy Pakietu 29 poz. 1-2

Pytanie 135 -Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 80g/m2 i wielkości porów 0,92mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 29 poz. 3

Pytanie 136 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu, celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 40, poz. 1

Pytanie 137- Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 3 sztuki, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie określił ilości sztuk w opakowaniach, wobec czego dopuszcza zaproponowane opakowanie i jednocześnie odsyła do zapisów Rozdziału XIII pkt. 8 siwz.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 40, poz. 3, 4

Pytanie 138- Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 5 sztuki, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie określił ilości sztuk w opakowaniach, wobec czego

nie

16

dopuszcza zaproponowane opakowanie i jednocześnie odsyła do zapisów Rozdziału XIII pkt. 8 siwz. Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Dotyczy Pakietu 29, poz. nr 1, 2

Pytanie 139-Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29, poz. nr 1,2:

Siatkę chirurgiczną, polipropylenową, monofilamentową, płaską, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, o gramaturze 107 g/m², grubości 0,42 mm, porowatości 748-924 µm, z możliwością przycinania, w rozmiarze: poz. nr 1- 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 8 x 12-13 cm), poz. nr 2- zgodnym z SIWZ ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 29, poz. 3

Pytanie 140 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29, poz. 3:

Siatkę chirurgiczną, polipropylenową, dwuczęściową, zestaw złożony z siatki zewnętrznej półsztywnej ukształtowanej anatomicznie z otworem na powróżek nasienny, w rozmiarze 4,5 x 10 cm, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 177 g/m² oraz korka dużego o średnicy podstawy 7 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 29

Pytanie 141 - W razie wyrażenia zgody na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 29, prosimy o wydzielenie jej/ich i utworzenie osobnego pakietu lub o możliwość startowania na poszczególne pozycje.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 26, poz.2

Pytanie 142-Siatkę ultralekką z polipropylenu, monofilamentową, o gramaturze 19 g/m², grubości 0,27 mm, porowatości 1500 µm, opakowanie zbiorcze 5 szt.?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 26, poz.3

Pytanie 143-Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26, poz. 3:

Siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, pakowane pojedynczo, w rozmiarze zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 36

Pytanie 144-Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę, które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany. Opatrunki przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Może być używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchniowej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. Opatrunek ma formę materiału bazowego (poliester odporny na rozdarcia) z naniesionym półpłynnym żelem. Żel oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Opatrunki są łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35°C?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu -36, poz. nr 2

Pytanie 145-Czy Zamawiający w pakiecie nr 36, poz. nr 2 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 10x10?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 36, poz. nr 3

Pytanie 146-Czy Zamawiający w pakiecie nr 36, poz. nr 3 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 5x15 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

me

12

Pytanie 147- Czy Zamawiający w pakiecie nr 36, poz. nr 5 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 20x55 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Dotyczy Pakietu 36, poz. nr 7

Pytanie 148- Czy Zamawiający w pakiecie nr 36, poz. nr 7 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 20x45 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z opisem siwz.

Uwaga:

1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi zmodyfikował treść SIWZ i załączników, a niektóre z dokonanych zmian oznaczono czcionką koloru czerwonego. W nieoznaczonych kolorową czcionką zakresach, gdy Zamawiający wyraził zgodę na propozycję Wykonawcy, przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).
3. Zamawiający informuje, iż z własnej inicjatywy modyfikuje Pakiet 27, 38 oraz 41.
4. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 18.09.2017 na dzień 28.09.2017r. Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

