

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU
NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO**

Znak sprawy: WszSL/DZ-55/17

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 6

Pytanie nr 32:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 88cm x 195cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 33:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc obniżona sekcja pięt?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz obniżonej sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze – minimum 6 komór.

Pytanie nr 34:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści materac z 30 komorami, które dzięki swojej budowie dodatkowo zwiększają podparcie ciała pacjenta na całej długości bez wydzielania sekcji pięt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 35:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści materac 4w1 komorowy (1 opuszczona i 3 napompowane) bez trybu pielęgnacyjnego i bez ciągłego niskiego ciśnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

m

Pytanie nr 36:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści czas trwania cyklu 16 min w systemie 4 strefowym tzn. czas trwania 4 min na 1 komorę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 37:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści tryb transportowy realizowany przez odłączenie pompy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 38:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 16

Czy zamawiający dopuści pompę o głośności 34 Db?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 39:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 17

Czy zamawiający dopuści max wagę pompy 3,4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 40:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 18

Czy zamawiający dopuści zalania na poziomie IP21 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 41:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 19

Czy zamawiający dopuszcza pompę, która nie wymaga filtrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

Pytanie nr 42:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 22

Czy zamawiający dopuszcza pokrowiec PU powlekany rozciągliwym nylonem 250 gr/m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 43:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 22

Czy zamawiający dopuszcza pranie do 75 st. C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w sto-

sowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

Pytanie nr 44:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 22

Czy zamawiający dopuszcza paro przepuszczalność na poziomi 255g/m³?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 45:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 22

Czy zamawiający dopuszcza dezynfekcja środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1% czyli 10 000 ppm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza dezynfekcję środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1%.

Pytanie nr 46:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 23

Czy zamawiający dopuszcza materac bez klinów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

Pytanie nr 47:

do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 23

Czy zamawiający dopuszcza mocowanie komór na zapinki/zatrzaski boczne i środkowe, bardzo łatwo dostępne i wygodne w użyciu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dot. systemu mocowania komór.

PYTANIA WYKONAWCY NR 7

Pytanie nr 48:

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (broшуry, foldery itp) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź:

W przypadku, gdy materiały informacyjne wydane/opublikowane przez wytwórcę/producenta urządzeń, nie potwierdzają określonych przez Zamawiającego wymagań dotyczących cech, parametrów, właściwości, które posiadają oferowane urządzenia, Zamawiając dopuszcza, przedstawienie w ofercie wydanych przez dystrybutora materiałów potwierdzających, że oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie nr 49:

Pakiet 5

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz skuteczność terapii przeciwośleżynowej dopuści materac przeciwośleżynowy, w którym komory w trybie terapeutycznym zmiennociśnieniowym napełniają i opróżniają się na przemian co trzecia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

Pytanie nr 50:**Pakiet 5**

Czy Zamawiający w pkt 7, opisując manualny zawór CPR wymaga, aby funkcja CPR była realizowana poprzez odpięcie przewodów powietrznych od pompy bez konieczności otwierania dodatkowych zaworów itp., dzięki czemu funkcja CPR realizowana jest szybko i intuicyjnie, co w sytuacji stresowej ma ogromne znaczenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

PYTANIA WYKONAWCY NR 8**Pakiet nr 3****Łóżko sterowane elektrycznie – 8 szt.****Pytanie nr 51:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające podstawę łóżka o długości 178,3 cm i szerokości 87,2 cm dla zapewnienia stabilności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające funkcję CPR z dźwignią umieszczoną z boku łóżka pod segmentem siedziska oznaczona kolorem z łatwym dostępem dla personelu? Dotyczy pkt. 7 i 8 tabeli technicznej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z elektryczną regulacją oparcia pleców w zakresie 74 °?

Odpowiedź:

Zakres zaproponowany przez Wykonawcę mieści się w zakresie określonym przez Zamawiającego, jest zatem dopuszczony w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z elektryczną regulacją uda w zakresie 44 °?

Odpowiedź:

Zakres zaproponowany przez Wykonawcę mieści się w zakresie określonym przez Zamawiającego, jest zatem dopuszczony w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z pilotem nie posiadającym graficznej informacji umiejscowienia dźwigni mechanicznej funkcji CPR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

Pytanie nr 58:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych na pilocie przez personel medyczny, blokowanie elektro-mechaniczne za pomocą kluczyka dostępnego tylko dla personelu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże 4 segmentowe gdzie segmenty leżą wypełnione są panelami z siatki, mocowanymi na stałe – jeden panel na każdy segment leża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże 4 segmentowe gdzie segmenty leżą wypełnione są panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji– jeden panel na każdy segment leża?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

Pytanie nr 61:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami o wadze pojedynczego panelu przekraczającej wartość 1 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer

zapytania)

Pytanie nr 63:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną wklejaną od frontu szczytu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

Pytanie nr 64:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu tym samym bez graficznej informacji o zablokowanych/odblokowanych szczytach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 65:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w tworzywowe koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 66:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralną blokadę kół uruchamianą za pomocą czterech dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach zapewniając do nich z każdej strony łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz

Pytanie nr 67:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające tworzywowego tabletu nakładanego na barierki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz

Pytanie nr 68:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z poręczami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża bez potrzeby stosowania dodatkowych barierek montowanych w dolnej części łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

Pakiet nr 4

Szafka przyłóżkowa – 8 szt

Pytanie nr 69:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z konstrukcją lakierowaną oraz blatami nie posiadającą certyfikatu antybakteryjności lakieru i tworzywa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuścił w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 2A) złożenie oferty na dostawę szafki o cechach opisanych przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów dla tego parametru.

Pytanie nr 70:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową szerokości 515 mm, głębokości 405 mm oraz wysokości 840 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

Pytanie nr 71:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową z górnym blatem nie posiadającym uchwytów do przetaczania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuścił w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 2A) złożenie oferty na dostawę szafki o cechach opisanych przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów dla tego parametru.

Pytanie nr 72:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową o wymiarach: szerokość 425 mm, szerokość wraz z mechanizmem blatu bocznego 570 mm oraz głębokość 440 mm i wysokości 825 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 73:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłózkową o wymiarach: szerokość 510 mm, głębokość 400 mm oraz wysokości 840 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)

PYTANIA WYKONAWCY NR 9**Pytanie nr 74:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

- a) w wysokości 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku wystąpienia jego wadliwości w czasie trwania gwarancji lub rękojmi, przy czym za wadliwość uważa się brak możliwości używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, która nie została usunięta przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych;
- b) w wysokości 0,5% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.2 i/lub § 3 ust. 4 i/lub ust. 5, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
- c) w wysokości 500 zł za każde uchybienie obowiązкови opisanemu w § 3 ust. 10, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIA WYKONAWCY NR 10**Dotyczy Załącznik 2A do SIWZ – Pakiet 1 – Kardiomonitor parametrów podstawowych****Pytanie nr 75:****Punkt 1**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 7 kg i przyzna za ten parametr maksymalną liczbę punktów czyli 5 punktów? Kardiomonitor wedle wymagań Zamawiającego ma być zamontowany na ścianie (punkt 27 specyfikacji) więc różnica wagi na poziomie 1kg nie ma aż takiego znaczenia z użytkowego punktu widzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 76:**Punkt 4:**

Czy Zamawiający wymaga aby kardiomonitor z kolorowym ekranem o przekątnej minimum 15" był w stanie wyświetlać jednocześnie minimum 13 krzywych dynamicznych na ekranie? Na monitorach, które mogą wyświetlać tylko 4 krzywe jednocześnie, wiele kluczowych parametrów życiowych będzie musiało zostać pominięte i nie będzie dla tych parametrów kreślona krzywa, której kształt pozwala błyskawicznie ustalić czy stan pacjenta jest stabilny. Oczywiście wpłynie to na czas jaki personel będzie musiał przeznaczyć na obsługę kardiomonitora i przełączanie ekranów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 77:**Punkt 10.8:**

Czy Zamawiający wymaga aby kardiomonitor posiadał funkcję pomiaru odchylenia ST, we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w zakresie od -2 do +2 [mV]? Wartości te są tym samym zakresem wyrażonym w różnych jednostkach. Domyślnie odchylenie ST powinno wyrażać się w [mV] ponieważ na zapisie EKG odchylenie odcinka ST wyrażane jest poprzez przesunięcie tego odcinka w wartości dodatnie lub ujemne osi Y (w górę lub w dół względem linii izoelektrycznej). Oś Y natomiast jest osią skalowaną w [mV]. Tym samym naturalną jednostką dla opisu odchylenia odcinka ST są [mV].

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78:**Punkt 10.9:**

Czy Zamawiający dopuści prezentację wartości odchylenia ST w postaci czytelnej tabeli z pomiarami odcinków ST?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 79:**Punkt 10.10:**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą 16 różnych zaburzeń rytmu, w tym tych wymaganych przez Zamawiającego, z możliwością rozbudowy (poprzez upgrade oprogramowania) do 26 różnych zaburzeń rytmu i przyzna za tą funkcjonalność maksymalną ilość punktów czyli 10 punktów?

Odpowiedź:

Zamawiający przyzna 10 punktów, jeżeli zaoferowany kardiomonitor umożliwi analizę powyżej 20 zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem co najmniej zaburzeń określonych w załączniku 2A.

Pytanie nr 80:**Punkt 11.6:**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją ograniczenia występowania niepotrzebnych alarmów RESP za pomocą dwóch kliknięć na ekranie, podczas intubacji pacjenta, ale nie nazywający się trybem intubacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 81:**Punkt 13.6:**

Czy Zamawiający dopuści funkcję stazy w postaci tradycyjnej opaski w miejsce funkcji stazy w module NIBP?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 82:**Punkt 18.3:**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją zawieszenia alarmów z 3 czasami zawieszenia do wyboru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 83:**Punkt 18.5:**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją ustawiania głośności alarmowej w 5 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 84:**Punkt 19:**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ręcznym i automatycznym – predefiniowanym ustawieniem granic alarmowych w odniesieniu do m.in. wieku pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 85:**Punkt 21:**

Czy Zamawiający wymaga aby kardiomonitor był wyposażony w akumulator pozwalający na pracę urządzenia na jednym ładowaniu przy monitorowaniu EKG, SpO2 oraz NIBP (co 15 min.) min. 4h? Kardiomonitor pozwalający na pracę na akumulatorze przez 1h może nie zapewnić optymalnej ochrony monitorowania pacjenta w razie awarii, braku zasilania z sieci elektrycznej lub podczas transportu pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ponieważ jest ono zgodne z określonymi wymaganiami, natomiast punkty zostaną przyznane zgodnie z punktacją opisaną w załączniku 2A.

Pytanie nr 86:

Punkt 21:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z czasem ładowania akumulatora nie dłuższym niż 6h, a jednocześnie zapewniającym pracę na akumulatorze (przy pomiarze EKG, SpO2 oraz NIBP co 15 min.) na min. 4H?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 87:

Punkt 22:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci? Ze względów bezpieczeństwa niezalecane jest zdalne wyciszanie wszystkich alarmów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Dotyczy projektu umowy:

Pytanie nr 88:

dotyczy §3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisowej do 3 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 89:

dotyczy §5 ust. 1 pkt. b)

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 90:

dotyczy §6 ust. 1 pkt. a)

Prosimy o modyfikację w/w zapisu na: „w wysokości 0,2% wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, dostarczenie urządzenia zastępczego powoduje odstąpienie od naliczania kary.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 91:

dotyczy §5 ust. 1 pkt. c)

Prosimy o wykreślenie zapisu, jest on podwójnym naliczaniem kary za to samo przewinienie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do umowy następującego zapisu: „Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Odpowiedź:

Zamawiający we wzorze umowy dodaje § 4A, o treści: *Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.*

Pytanie nr 93:

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych nie jest objęte gwarancją.

Pytanie nr 94:**dotyczy §8**

Prosimy Zamawiającego o zmianę ww. zapisu na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 95:

Prosimy o rezygnację z dostarczenia DTR. Wszystkie informacje niezbędne użytkownikowi znajdują się w instrukcjach obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIA WYKONAWCY NR 11**Pakiet 1 – Kardiomonitor****Pytanie nr 96:****Pkt 10.3**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający funkcji inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatycznego przejścia na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 97:**Pkt 10.8**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV bez możliwości ustawienia jednostki pomiarowej mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer

zapytania).

Pytanie nr 98:

Pkt 10.10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą 18 typów zaburzeń rytmu (w tym wymaganych przez Zamawiającego)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 99:

Pkt 11.5

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający funkcji wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 100:

Pkt 11.6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający trybu intubacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 101:

Pkt 13.6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający funkcji stazy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 102:

Pkt 18.5

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (10 poziomów do wyboru) ale bez wzorca dźwiękowej sygnalizacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 103:

Pkt 19

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający ręczne ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta i automatyczne ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do wybranej kategorii wiekowej pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 104:

Pkt 22

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru, a w związku z tym także bez funkcji informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach i bez funkcji zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 105:**Pkt 22**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 106:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską nie przystosowaną w chwili obecnej do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w moduły pomiarowe takie jak IKG, PiCCO; EEG, przystosowaną natomiast do współpracy z systemami monitorowania opartymi m.in. na modułach do pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, BIS, NMT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 107:**Pkt 25**


Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, posiadający ciche chłodzenie aktywne, zapewniające właściwą temperaturę pracy urządzenia, spełniające wszystkie wymagania medyczne.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

1. Udzielona odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający w wyniku udzielonej odpowiedzi, zmodyfikował treść umowy, a dokonane zmiany oznaczono kolorem zielonym.
3. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 11.10.2017r. na dzień 18.10.2017r. Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


DYREKTOR
Głównego Biura Regionalnego
w Łodzi
mgr Andrzej Barcik

1/1